

## Utilisation des dispositifs de contention lors de la réalisation des clichés de dépistage officiel de la dysplasie de la hanche

Professeur Jean-Pierre GENEVOIS

La réalisation de bonnes radiographies de dépistage de la dysplasie de la hanche est un exercice délicat car il est souvent difficile d'obtenir un positionnement adéquat du bassin de l'animal. Parmi les moyens permettant de faciliter la prise de ces clichés, il existe des coussins de contention, qui sont utilisés par les vétérinaires afin de faciliter le maintien en position au moment de la réalisation de la radiographie.



Ces dispositifs doivent cependant être placés au niveau du thorax de l'animal, mais jamais à la hauteur du train arrière de ce dernier, sinon ils sont susceptibles d'empêcher la mise en évidence d'une éventuelle laxité des articulation coxo-fémorales, qui est l'une des constituantes de la dysplasie de la hanche.



Il semble que l'utilisation inadéquate des coussins de contention soit plus fréquente ces temps derniers. Ceci se manifeste (cf. 3 exemples) par l'existence, sur le cliché des hanches, d'un élément radio-opaque facilement repérable, à la hauteur des cuisses de l'animal. Ce type de cliché qui pourrait, s'il était régulièrement effectué, être considéré comme une tentative de fraude, doit être refusé dans le cadre d'une interprétation officielle de l'état des hanches d'un sujet donné au regard de l'affection dépistée (dysplasie de la hanche).





